

Pasientnær analysering - PNA

Gjelder for: Hele SiV
Dokumenttype: Retningslinje
Sist endret: 08.08.2022

1. HENSIKT

Hensikten er å bringe pasientnær analysering (PNA), som er av stort omfang under faglig kontroll, og sikre at virksomheten fyller nødvendige krav til kvalitetssikring og dokumentasjon.

2. ANSVAR

Avdelingsledere.

Seksjons-/ avdelingsoverleger.

Klinikkssjef.

Fagansvarlig laboratorium har, i samarbeid med medisinsk teknisk avdeling, ansvaret for valg av instrument og eventuelt innkjøp, samt oppfølging av vedlikehold, nødvendig opplæring og kvalitetssikring.

3. FREMGANGSMÅTE

Retningslinjer ved anskaffelse av PNA-instrumenter

1. Ved hver laboratorieavdeling opprettes en PNA-gruppe bestående av en lege og en bioingeniør.
2. Når en post/avdeling ønsker å anskaffe utstyr til PNA skal søknad om dette sendes klinikkssjef ved Klinikk Medisinsk Diagnostikk (KMD) på [søknadsskjema for anskaffelse](#).
3. Søknaden skal være signert av seksjons-/avdelingsoverlege og avdelingsleder.
4. Klinikkssjefen legger søknaden fram til vurdering for PNA-gruppen ved fagansvarlig laboratorium. Det forutsettes at PNA-gruppen i nødvendig utstrekning innhenter klinisk kompetanse.
5. De kriterier PNA-gruppen vil vektlegge ved vurderingen av en søknad om utstyr er følgende:
 - viktigheten av raskt svar, d.v.s. i hvilken grad raskere svar vil føre til raskere diagnose og raskere oppstart av behandling
 - hvor ofte det vil være behov for å utføre undersøkelsen som PNA
 - analysemetodens kvalitet
 - kostnader
 - eventuell rasjonaliseringsgevinst for sengepostpersonell og/eller laboratoriepersonell
6. Kostnader i forbindelse med anskaffelse, vedlikehold og drift skal vanligvis bæres av den avdelingen som har sendt inn søknad om anskaffelse.
7. Beslutning om eventuell anskaffelse av instrument tas av KMDs klinikkssjef på bakgrunn av anbefalinger fra PNA-gruppen.

4. GENERELT

Med **PNA** (POCT- "point of care testing") eller pasientnær analysering menes prøvetaking og analysering i pasientnære områder utenfor medisinske laboratorier, som oftest utført av andre enn laboratoriepersonell.

5. INTERNE REFERANSER

6. EKSTERNE REFERANSER

7. VEDLEGG

[V01](#)

[Pasientnært analyseutstyr - PNA-utstyr
- søknadsskjema for anskaffelse
\(1.3.3.1.2\)](#)