

Medisinsk teknisk utstyr - Utprøving ifm. med planlagte anskaffelser

Gjelder for: Hele SiV
Dokumenttype: Prosedyre
Sist endret: 18.08.2022

1.HENSIKT

Kvalitetssikre utprøving av medisinsk teknisk utstyr (MTU) i forbindelse med anskaffelser ved SiV.

2.ANSVAR

Klinikk-/avdelingssjef ved den klinikk/avdeling som utstyret skal prøves ut ved har det overordnede ansvaret for at retningslinjene for utprøving følges.

Enhetsleder ved den utprøvende avdeling tilrettelegger for utprøving og holder oversikt over utstyret m/ tilbehør.

Medisinsk teknologisk avdeling (MTA) sikkerhetsklarar, registrerer og fører oversikt over utstyret som skal prøves ut.

Innkjøp og kontraktseksjon har ansvar for at utprøvingen blir iverksatt.

3. FREMGANGSMÅTE

Plan for utprøving:

Før det iverksettes utprøving av MTU, skal den som står som ansvarlig for utprøving utarbeide en plan for utprøving. Denne skal godkjennes av klinikk- /avdelingssjef.

Den som skal prøve ut MTU og har fått dette godkjent, har ansvar for å informere enhetsleder eller andre som er definert som tilrettelegger.

Enhetsleder må i god tid før oppstart ha informasjon om hva, når, omfanget og leverandør, slik at det er tilrettelagt for [opplæring](#) og varebestilling på forhånd.

Alt MTU som skal utprøves, skal via MTA for kontroll/registrering og sikkerhetsklareres av MTA før det tas i bruk i avdelinger/seksjoner.

Kontakt med leverandøren skal skje gjennom Innkjøp og kontraktseksjon.

Alle som skal delta i utprøvingen, skal ha gjennomført og [dokumentert opplæring](#) i bruk av utstyret.

4. GENERELT

Dersom det er behov for at leverandøren av utstyret skal være tilstede under utprøvingen, skal pasienten informeres.

5. REFERANSER

1.3.3.1.4	Medisinsk teknisk utstyr - Plan for utprøving.
1.3.3.1.6	Opplæring medisinsk teknisk utstyr
1.3.3.1.11	Dokumentasjon på kunnskap om medisinsk teknisk utstyr
1.3.3.1.15	Medisinsk teknisk utstyr - utprøving og lån

6 EKSTERNE REFERANSER

[Forskrift om håndtering av medisinsk utstyr](#)
[Lov om medisinsk utstyr](#)
[Anskaffelsesloven](#)
[Pasient- og brukerrettighetsloven](#)