

## Covid-19 - Dialyse - plan for opptrapping

Gjelder for: Kirurgisk klinikk/Anestesi, intensiv- og operasjonsavdeling/Intensiv  
Dokumenttype: Beredskap  
Sist endret: 13.07.2022

### 1. HENSIKT

Plan for opptrapping av dialysekapasitet ved Intensiv 4 H under Covid-19-pandemi

### 2. ANSVAR

Seksjonsleder Intensivmedisinsk seksjon, stedfortreder for seksjonsleder

### 3. FREMGANGSMÅTE

Plan for 8 samtidige intensivpasienter med dialysebehov.

Utstyr/Areal:

- 9 PrisMax-maskiner. 3 på INT (hvorav 2 med PrismaLung+), 1 på Dialysen, 5 på Beredskapslager/MTA
- 4 Prismaflex-maskiner. Beredskapslager/MTA
- 6 plasser på Intensiv med vannuttak for intermitt. Dialyse. 1 plass på PO
  - o Isolat 115 og isolat 112, plassene 122-2, 123-2, 127-2 og 128-2. PO-seng 6.
  - o Vask på rom 15 på PO gjøres om/brukes til dialyse ved behov, vannrensing må monteres.
  - o Maskiner fra Dialysen som brukes i isolerte intensivarealer skal kun brukes der, ikke flyttes ut (frem/tilbake)
  - o Ved etablering av Intensiv 3H, jmf plan for plassering av intensivpasienter ved pandemi, dedikeres 1 PrisMax-maskin hit.

Personell:

- Intensivpersonell planlegger for drift av PrisMax-maskiner opp til ett behov på 4 dialysekrevenne pasienter
- Dialysen planlegger intermitt. dialyse for pasient 5-8. Dette gjøres på Intensiv.
  - o 2 dialysepl. skal ivareta dialyse for 2 pasienter hver. Dag/Aften.
  - o Nyreleger bistår med forordning av dialyseinnstillinger
  - o Forlenget dialyse (f.eks 6 til 10 t per døgn) med lavere flow, kan vurderes
  - o Oppskalering til ytterligere økt dialysekapasitet må vurderes etter behov.
    - Flere maskiner, natt-drift,
- Tilgjengelig personell vil kunne være en begrensende ressurs.

Annet:

Corona-positive pasienter med dialysebehov, som ikke er overvåkingstrengende, skal håndteres utenfor intensivavdelingen.

### 4. GENERELT

Lagerbeholdning Dialyse Intensiv 4H

Lagerbeholdning skal dimensjoneres i 2 nivåer. Minimumsbeholdning gjeldende for hvert nivå.

**2 pasienter** i kontinuerlig dialyse fra **Fredag kl 14** til **Mandag kl 11**. Lagres lokalt på Intensiv 4H

**4 pasienter** i kontinuerlig dialyse fra **Fredag kl 14** til **Mandag kl 11**. Lagres annet sted på SiV

**Dialysevæsker:**

	<b>2 pasienter</b>	<b>4 pasienter</b>
<b>Regiocit</b>	20 esker a 10 L	40 esker a 10 L
<b>Biphozyl</b>	28 esker a 10 L	56 esker a 10 L
<b>Phoxillium</b>	22 esker a 10 L	22 esker a 10 L

**Filter:**

	<b>2 pas</b>	<b>4 pas</b>
<b>Oxiris</b>	8	16
<b>ST150</b>	8	16

**Forbruksutstyr:**

	<b>2 pas</b>	<b>4 pas</b>
Calciumslanger	50	
Thermax blodvarmesett	24	
Auto-avfallssett	16	
Autom utløp/forlengelseslange	20	
DuraLock	50	
NaCl 9 mg/ml	12 poser a 2000 ml	

**5. INTERNE REFERANSER**

[1.2.1.2.7.2.1](#) [Plassering av intensivpasienter ved pandemi](#)

**6. EKSTERNE REFERANSER****7. VEDLEGG**

