

Prosedyre for utlevering av akutt insulinpumpe-startkit

Gjelder for: Hele SiV
Dokumenttype: Prosedyre
Sist endret: 25.05.2026

1. HENSIKT

Sikre korrekt og forsvarlig utlevering av insulinpumpe ved akutt oppstart, samt bidra til at pasienten får nødvendig opplæring og riktig utstyr til hjemmebehandling. Poliklinikken har som mål å sikre god utnyttelse av kapasitet ved oppstart av grupper, ved å fylle opp tilgjengelige timer.

Prosedyren gjelder ved akutt oppstart av insulinpumpe for pasienter tilknyttet endokrinologisk poliklinikk.

2. ANSVAR

- Diabetessykepleier på endokrinologisk poliklinikk (END)
- BHM-medarbeidere

3. FREMGANGSMÅTE

Ved behov for akutt oppstart møter pasienten til opplæringstime på kort varsel. Diabetessykepleier henter ferdig klargjort insulinpumpe-startkit fra akuttlager ved END.

Dersom søknad ikke foreligger:

- Opprette skjema for «utlån av behandlingshjelpemidler» i DIPS
- Følgende informasjon skal fylles ut:
 - Begrunnelse for oppstart med insulinpumpe
 - Type insulinpumpe det søkes om
 - BHM-nummer på utlevert utstyr (pumpe og eventuelt blodsuktermåler)
 - Skjema lagres og sendes BHM i journalsystemet (BHM END SV)

Dersom søknad allerede foreligger:

- Send melding («gul lapp») til BHM med
 - Informasjon om oppstart
 - BHM-nummer på utlevert utstyr

4. GENERELT

- BHM har ansvar for kontroll og påfyll av insulinpumpe-startkit på akuttager ved END
- Diabetessykepleier på endokrinologisk poliklinikk skal sende e-post til bhm@siv.no ved behov for nye startkit:
 - Minimum 14 dager i forkant
 - Type insulinpumpe med tilhørende forbruksmateriell.
 - Ønsket antall
- Det skal til enhver tid være tilgjengelig et tilstrekkelig antall insulinpumpe-startkit ved akuttlager på END for å sikre forsvarlig håndtering av akutte oppstartere
- Beholdningen vurderes fortløpende av BHM i samarbeid med endokrinologisk poliklinikk, basert på forventet aktivitet og forbruk. MiniMed 780G og Ypsopump prioriteres, da disse hovedsakelig benyttes på gruppestartere
- Dersom pasient ikke møter til opplæring eller oppstart avlyses:
 - Ved avlyst oppstart returneres insulinpumpe-startkit til BHM. Diabetessykepleier ved END er ansvarlig for retur
 - Ved utsatt oppstart oppbevares startkit ved END frem til ny oppstartsdato
- BHM skal fortløpende informeres om:
 - Endringer i oppstartstidspunkt
 - Avlyste opplæringer

5. INTERNE REFERANSER

6. EKSTERNE REFERANSER

7. VEDLEGG